

 Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo	CASA DI CURA VILLA PINI D'ABRUZZO	M-AMB-08
	INFORMATIVA PER	
	ESAME ECG DINAMICO SEC. HOLTER	
	Rev. n. 2	
		Ultima Rev.: 13/11/2019
		Pag. 1 di 1

1	COS'E' L'ECG DINAMICO SEC. HOLTER
----------	--

E' una rilevazione non invasiva del battito cardiaco per 24 ore consecutive che permette di rilevare con precisione l'eventuale presenza e tipologia di aritmie, la frequenza con cui si verificano e se c'è una maggiore incidenza in alcuni periodi delle 24 ore.

Permette inoltre di valutare la frequenza dei battiti (massima, minima e la media nelle 24 ore di registrazione).

2	MODALITA' DI ESECUZIONE
----------	--------------------------------

Sul torace del paziente adeguatamente depilato e deterso, l'infermiere posiziona degli elettrodi su ciascuno dei quali viene agganciato un cavo collegato al rilevatore dei battiti (Holter).

Prima di essere congedato, al paziente è consegnato un foglio di diario sul quale questi dovrà riportare con cura la terapia farmacologica in corso, attività svolte, eventuali sintomi accorsi (es. affanno, dolore, vertigini, cefalea, vomito) durante le 24 ore di registrazione.

3	PREPARAZIONE
----------	---------------------

Nelle 24 ore della registrazione il paziente è invitato a non svolgere attività fisica intensa che possa farlo sudare così da scollegare gli elettrodi, a non fare la doccia e ad indossare una maglia sopra gli elettrodi così da non rimuoverli accidentalmente.

E' utile, come termine di confronto, portare in visione un ECG se eseguito precedentemente.

4	COMPLICAZIONI
----------	----------------------

L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se:

- La cute del paziente non è correttamente depilata e/o deterata,
- Uno o più elettrodi non vengono correttamente collegati al paziente,
- Uno o più elettrodi si staccano durante le 24 ore di registrazione. In questo caso le ore di registrazione saranno inferiori alle 24 previste oppure saranno presenti artefatti di registrazione che ridurranno la qualità del tracciato ECG.

Si invita a rispettare l'orario indicato dall'infermiere per la riconsegna dell'apparecchio Holter così da non incorrere in ritardi e disagi per altri utenti.